

令和8年10月6日

農畜産物等の放射性物質濃度測定結果について

平 田 村

村内農畜産物等の放射性物質濃度測定を行いましたので、その結果をお知らせします。

〈問い合わせ先〉
 農畜産物・飲料水に関すること・・・産業建設課 55-3116
 給食食材に関すること・・・・・・・・・教 育 課 55-2969

測定場所	平田村役場 別棟（平田村大字永田字切田116）
測定装置	NaI(TI)シンチレーションスペクトロメータ

測定結果

測定品	採取地	作型	採取日	測定日	測定結果（Bq/kg）		
					ヨウ素131	セシウム134	セシウム137
オクラ	永田字上永田	露地	R8. 8. 30	R8. 9. 1	不検出	不検出 (検出限界値11. 0)	不検出 (検出限界値9. 2)
パプリカ	永田字上永田	露地	R7. 8. 30	R8. 9. 1	不検出	不検出 (検出限界値11. 7)	不検出 (検出限界値9. 9)
じゃがいも	上蓬田字橋本	露地	R8. 7	R8. 9. 1	不検出	不検出 (検出限界値7. 4)	不検出 (検出限界値6. 2)
じゃがいも	上蓬田字橋本	露地	R8. 7	R8. 9. 1	不検出	不検出 (検出限界値7. 4)	不検出 (検出限界値6. 4)
紫たまねぎ	上蓬田字橋本	露地	R8. 7	R8. 9. 1	不検出	不検出 (検出限界値16. 5)	不検出 (検出限界値13. 8)
すいか	小松原字北向	露地	R8. 8. 27	R8. 9. 2	不検出	不検出 (検出限界値5. 7)	不検出 (検出限界値4. 9)
きゅうり	下蓬田字乙空釜	露地	R8. 9. 5	R8. 9. 7	不検出	不検出 (検出限界値6. 1)	不検出 (検出限界値5. 2)
いんげん	下蓬田字乙空釜	露地	R8. 9. 5	R8. 9. 7	不検出	不検出 (検出限界値11. 8)	不検出 (検出限界値9. 4)
ピーマン	西山字煙石	露地	R8. 9. 6	R8. 9. 8	不検出	不検出 (検出限界値11. 7)	不検出 (検出限界値8. 8)
ねぎ (給食)	平田村	露地	R8. 9. 7	R8. 9. 8	不検出	不検出 (検出限界値6. 09)	不検出 (検出限界値6. 78)
栗	西山字煙石	露地	R8. 9. 13	R8. 9. 14	不検出	不検出 (検出限界値7. 6)	不検出 (検出限界値6. 7)
栗	小平字鑑摺	露地	R8. 9. 13	R8. 9. 15	不検出	不検出 (検出限界値6. 1)	不検出 (検出限界値5. 2)
栗	下蓬田字打違内	露地	R8. 9. 13	R8. 6. 16	不検出	不検出 (検出限界値6. 4)	不検出 (検出限界値4. 9)
白菜	北方字羽貫田	露地	R8. 9. 17	R8. 9. 17	不検出	不検出 (検出限界値7. 6)	不検出 (検出限界値6. 4)
カリフラワー	北方字羽貫田	露地	R8. 9. 17	R8. 9. 17	不検出	不検出 (検出限界値7. 9)	不検出 (検出限界値6. 9)
キャベツ	西山字煙石	露地	R8. 9. 24	R8. 9. 24	不検出	不検出 (検出限界値6. 3)	不検出 (検出限界値5. 1)
いんげん	下蓬田字空釜	露地	R8. 9. 23	R8. 9. 24	不検出	不検出 (検出限界値8. 5)	不検出 (検出限界値6. 8)
春菊	下蓬田字空釜	露地	R8. 9. 23	R8. 9. 24	不検出	不検出 (検出限界値21. 2)	不検出 (検出限界値16. 0)
キャベツ	永田字上永田	露地	R8. 9. 22	R8. 9. 24	不検出	不検出 (検出限界値7. 2)	不検出 (検出限界値6. 3)
ししたけ	下蓬田字打違内	露地	R8. 9. 24	R8. 9. 24	不検出	不検出 (検出限界値17. 8)	129. 2

※1 測定結果の公表については、事前に測定申込者の同意を得たうえで公表しています。

※2 「検出限界値」とは、ある測定時間において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。たとえば、「不検出(検出限界値4.82)」とあるのは、検体において、検出できた最小値が4.82Bq/kg(ベクレル)であり、検体の放射性物質濃度は「4.82Bq/kg 未満である」ことを意味します。この際、表記上では「不検出」としています。

令和8年10月6日

農畜産物等の放射性物質濃度測定結果について

平田村

村内農畜産物等の放射性物質濃度測定を行いましたので、その結果をお知らせします。

〈問い合わせ先〉

農畜産物・飲料水に関すること・・・産業建設課 55-3116

給食食材に関すること・・・・・・・・・・教 育 課 55-2969

測定場所	平田村役場 別棟（平田村大字永田字切田116）
測定装置	NaI (TI) シンチレーションスペクトロメータ

測定結果

[illegible]

※1 測定結果の公表については、事前に測定申込者の同意を得たうえで公表しています。

※2 「検出限界値」とは、ある測定時間において検出できる最小値のことをいいます。放射能の特性として、同じ機器で測定しても、検体ごとに検出限界値は変動します。たとえば、「不検出(検出限界値4.82)」とあるのは、検体において、検出できた最小値が4.82Bq/(kg(ベクレル))であり、検体の放射性物質濃度は「4.82Bq/kg 未満である」ことを意味します。この際、表記上では「不検出」としています。